Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

OD Plate, Instrument zur Plattenverifizierung der optischen Dichte für HiPo MPP-96

BESCHREIBUNG

Instrument zur Plattenverifizierung der optischen Dichte für den Mikroplattenphotometer MPP-96 HiPo. Das Instrument wurde zur Verifizierung der Genauigkeit und Präzision der Messungen des Photometers in 6 Bereichen der nominalen optischen Dichte entwickelt: 0.3; 0.6; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 OD. Das Instrument hat den folgenden Verifizierungswellenlängenbereich: 400 bis 700 nm.

Das Instrument wird in einem schlagfesten Behälter mit einem USB-Laufwerk geliefert, das folgendes enthält:

- Kopie der Messergebnisse
- Benutzerhandbuch
- Software



TECHNISCHE DATEN

Bereiche der nominalen optischen Dichte	0.3; 0.6; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 OD (±0.1 OD)
Verfügbarer Verifizierungswellenlängenbereich	400 - 700 nm
Gesamtabmessungen (B x T x H)	86 x 128 x 12 mm
Gewicht	0.3 kg

KAT.-NUMMER

BS-050108-AK	OD Plate, Bestätigungsinstrument

HiPo MPP-96
BS-050108-A02
Mikroplattenphotometer

Der Mikroplattenphotometer HiPo ist ein kompaktes Tischgerät zur Messung der Ergebnisse von ELISA-Studien und mikrobiologischen Studien in 96-Well-Mikroplatten. Der Photometer wird gesteuert und gibt die Daten über einen Computer aus. ...

Mehr