Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Ri-2, rotore

DESCRIZIONE

Rotore oscillante per piastre da microtitolazione standard a 96 pozzetti, piastre per PCR con piastra, piastre di profondità fino a 45 mm

SPECIFICHE

Tipo di Rotor	Oscillante
Dimensioni (w × l)	128 × 85.6 mm
Max. altezza	<45 mm
Capacità	2
Max. velocità	2000 rpm
Max. RCF	560 × g
Produttori di provetta	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, etc.
Autoclavabile	+

NUMERO DI CATEGORIA

BS-010221-GK	Rotore Ri-2

ACCESSORI

LMC-56
Without rotor
Centrifuga da laboratorio

Nuova moderna centrifuga da laboratorio da banco a bassa velocità **LMC-56**, progettata per una comoda sedimentazione, centrifugazione e raccolta dei campioni necessari. Prevede il funzionamento con provette, sistemi di ...

Leggi di più

AP-96
BS-010219-DK
adattatore

2 adattatori per 96 pozzetti semi bordate e non bordate piastre PCR - fatta di Ertacetal® C. Autoclavabile

AP-384
BS-010219-EK
adattatore

2 adattatori per 384 pozzetti - fatta di Ertacetal® C. Autoclavabile

RR-U
BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore